



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABOR GEO" Sp. z o.o.
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgo@laborgo.krakow.pl

Granica płynności wg Casagrande'a

OBIEKT: Osuwisko DW nr 975 odc. 240 od km 0+410 do km 0+476 w m. Bieśnik
Miejsce pobrania próby: Otwór Bi-2
Głębokość pobrania próby: 3,5 m
Rodzaj gruntu: Gлина pylasta, wilgotna, plastyczna.

ilość uderzeń	wilgotność [%]
15	34,6
23	33,6
32	32,9

$W_n = 23,0 \%$
$W_p = 17,2 \%$
$W_L = 33,4 \%$
$I_p = 16,2 \%$
$I_L = 0,358$

